

	ERITTÄIN VAIKEA	VAIKEA	KESKIVAIKEA	LIEVÄ	95 % VIITEARVOALUE
FVC	≤24	25-44	45-64	65-79	80-125
FEV1	≤24	25-44	45-64	65-79	80-126
FEV%		≤61	62-77	78-87	88-114

Mikrospirometria ei ole validi tutkimus, eikä sitä pidä käyttää lakisääteisessä tarkastustoiminnassa.

Vanhoissa terveystarkastusmäärittelyissä mikrospirometriatutkimusta on käytetty esim. tupakoitsijoille. Tässä yhteydessä tehtynä, FEV1 alle 80 puhaltavat ohjataan jatkotutkimuksiin.